



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wadowicach**

HK.903.161. 2024

Wadowice, dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.**  
ul. Batorego 68  
34-120 Andrychów

**D E C Y Z J A**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust.1, art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537), § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2024 r. znak: L.dz.961/TOL/2024 (data wpływu 18.04.2024 r.), Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Andrychowie oraz po zapoznaniu się z protokołem kierownika Oddziału Laboratoryjnego w Wadowicach WSSE w Krakowie z przeglądu dokumentacji,

**zatwierdza**

system jakości prowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków przy ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 68 badań wody do spożycia obejmujących następujące parametry:

- 1) temperatura,
- 2) chlor wolny,
- 3) zapach,
- 4) barwa,
- 5) smak,
- 6) mętność,
- 7) pH,
- 8) przewodność elektryczna,
- 9) jon amonu,
- 10) azotany,
- 11) azotyny,
- 12) żelazo ogólne,
- 13) mangan,
- 14) siarczany,
- 15) fluorki,
- 16) chlorki,
- 17) sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna),
- 18) indeks nadmanganianowy (utlenialność),
- 19) ortofosforany,

---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach  
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2  
www.gov.pl/web/psse-wadowice e-mail: psse.wadowice@pis.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssewadowice/skrytka  
centrala tel.: (+48) 33 82 33 766, 33 82 34 658  
sekretariat PPIŚ tel.: (+48) 33 82 33 766, fax: (+48) 33 82 33 511  
REGON: 000655008 / NIP: 551-11-15-646

- 20) liczba mikroorganizmów w 22±2° C po 72 h w 1 ml,
- 21) liczba mikroorganizmów w 36±2° C po 48 h w 1 ml,
- 22) liczba bakterii grupy coli w 100 ml,
- 23) liczba Escherichia coli w 100 ml,
- 24) liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml,
- 25) liczba enterokoków kałowych w 100 ml.
- 26) pobieranie próbek wody do badania.

Termin obowiązywania niniejszego zatwierdzenia: **do dnia 1 maja 2025 r.**

## **U Z A S A D N I E N I E**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Andrychowie pismem z dnia 17.04.2023 r. znak: L.dz.961/TOL/2024 (data wpływu 18.04.2024 r.) wystąpił do tut. Inspektora Sanitarnego o przedłużenie zatwierdzenia poprawności systemu jakości prowadzonych analiz wody do spożycia i przedłożył wykaz badań wykonywanych przez laboratorium wraz z metodami badawczymi, zestawienie wyników i ocena badań biegłości za 2023 r., zestawienie charakterystyk metod stosowanych w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniając wymagania § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 68, w zakresie badań laboratoryjnych, o których zatwierdzenie wystąpiło, spełnia wymagania ustawowe i na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdza swoje kompetencje w zakresie jakości prowadzonych badań.

Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1303, jednocześnie posiada wdrożony system jakości zgodnie z aktualna normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, orzekł jak w sentencji.

## **P o u c z e n i e**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wadowicach przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
4. W korespondencji należy powołać się na znak sprawy.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wadowicach

mgr inż. Krystyna Kozik  
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Adresat [sekretariat@zwikandrychow.pl](mailto:sekretariat@zwikandrychow.pl)
2. a/a